

Број: 06-2013/2

Датум: 26.05.2020.

**ПИТАЊЕ:** Молим Вас да нам дате појашњење по следећим питањима која се односе на партију 7 Ваше јавне набавке ЈН 15/20 објављене на порталу јавних набавки:

1. У оквиру ставке 1, партије 7, тражена је вакутајнер епрувета, молим Вас да прецизније дефинишете која врста и запремина вакутајнер епрувете Вам је потребна?
2. У оквиру ставке 2, партије 7, тражена је вакутајнер игла, можете ли додатно да појасните величину вакутајнер игле која Вам је потребна?

**ОДГОВОР:** Епрувете су пластичне, запремине 9 милилитара, игле су 18г, односно 1,2\*4.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

